Le tableau ci-dessous synthétise les délais maximums avant analyse des échantillons selon les normes NF EN ISO 5667-3, NF EN ISO 19458, selon des normes spécifiques, des référentiels ou selon des études internes.
Les conditions de conservation par défaut sont de +5°C +/- 3°C pour le transport et de +3°C +/-2°C en laboratoire. Des conditions de conservation spécifiques à certains paramètres sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Date de mise à jour : 06/02/2024

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
1	ILDP001		100 ml Verre blanc Bouchon BLANC EAU/MAM	**MERCURE DISSOUS** *Eaux douces*		Filtration in situ	**Délai : à acheminer au laboratoire dans les 24h00 suivant le prélèvement** **Délai :** 7 jours selon NF EN ISO 17852 ***si stabilisé*** avec 1 ml HCl à 21% après filtration (où filtration in situ directement dans le poste 2) **Filtrer sur le terrain si possible, sinon dans les meilleurs délais en laboratoire (max 24h). Fourniture possible par le laboratoire du matériel de filtration sur demande.**
2	ILDP100		100 ml Verre blanc Bouchon BLANC EAU/MAM	**MERCURE TOTAL** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1ml HCl à 21%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours selon NF EN ISO 17852
3	ILDP002		250 ml Verre brun Bouchon BLEU MAO	**Analyses divers** Organoétains, Méthanol/Ethanol, Acrylonitrile, Glycol, Alcools, Valproate *Eaux douces et résiduaires* Ce flacon peut être utilisé à la place des flacons à sertir lorsque le prélèvement est effectué par le client ou en cas de défaut ponctuel de pince à sertir.		Rincer et remplir à ras	**Délai de mise en analyse :** 1 jour
4	ILDP108		100 ml Verre brun Bouchon ROUGE POTA/EAU	**Indice phénol** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1 ml H2SO4 à 60%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 21 jours
5A	ILDP201		250 ml Verre brun Bouchon ROUGE POTA/EAU	**COD** **CARBONE ORGANIQUE DISSOUS** *Eaux douces et résiduaires*		Filtration in situ	**Délai : à acheminer au laboratoire dans les 24h00 suivant le prélèvement** **Délai :** 1 mois ***si filtré et congelé <-18°C*** **Délai :** 7 jours ***si stabilisé*** avec 1 ml H_2SO_4 à 60% après filtration (où filtration in situ directement dans le poste 5B) Filtrer sur le terrain si possible, sinon dans les meilleurs délais en laboratoire (max 24h). Fourniture possible par le laboratoire du matériel de filtration sur demande.
5B	ILDP217		250ml Verre brun Bouchon rouge POTA/EAU	**COT** **CARBONE ORGANIQUE TOTAL**	Stabilisé : 1 ml H2SO4 à 60%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours **Délai** : 1 mois ***si congelé <-18°C***

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
6	ILDP004		500 ml Verre vert Bouchon BLANC MAM	**AOX** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai : à acheminer au laboratoire dans les <u>24h00</u> suivant le prélèvement** *Stabilisation au laboratoire à HNO3* **Délai** : 5 jours ***si stabilisé*** **Délai** : 1 mois ***si congelé <-18°C***
7	ILDP909		1000 ml Verre vert Bouchon BLEU MAO	**Organo étains - Chlorophénols** Organo étains, Chlorophénols, Base 14, Phénol, Arochlore *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Conservation à l'abri de la lumière** **Délai de mise en analyse :** 1 jour
8	ILDP215		250 ml Verre brun Bouchon ROUGE POTA/EAU	**Détergents (=agent de surface) Anioniques, cationiques, non-ionique** **Sulfures, Sulfites** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai pour Anioniques :** 3 jours OU 1 mois ***si congelé < -18°C*** **Délai pour Cationiques** : 2 jours **Délai pour Non-ioniques :** 1 mois si stabilisé avec une solution de formaldéhyde **Délai pourSulfures :** 7 jours **Délai pour Sulfites :** 2 jours
9	ILDP009		1000 ml Verre vert Bouchon BLEU MAO	**Pesticides et autres micropolluants organiques** Triazines, Organochlorés, Organophosphorés, Hydrocarbures PolyAromatiques (HPA), Phtalates… *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 80 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai de mise en analyse :** 1 jour
10	ILDP900		1000 ml Verre BLANC Bouchon BLEU MAO	**Hydrocarbures** Synonymes : Hydrocarbures totaux, Indice hydrocarbure, HCT *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 4 ml HCl à 21% 	Ne pas rincer le flacon, et remplir jusqu'à la marque des 800ml	**Délai de mise en analyse :** 4 jours maximum
11	ILDP901		1000 ml Verre BLANC Bouchon NOIR CHR	**SEC-MEH** *Eaux douces et résiduaires*		Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours maximum **Délai :** 1 mois ***si stabilisé*** avec 4 ml H_2SO_4 à 60%
12	ILDP202		250 ml Verre blanc Bouchon BLANC MAE/MAM	**Air émission** *solution de rinçage* *Mercure* Barboteur			**Délai :** 24h00

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
13	ILDP203		250 ml Verre brun Bouchon VERT RADIO	**Tritium** *Eaux douces et résiduaires*			**Délai :** 1 mois
14	ILDP204		250 ml PE Bouchon BLANC MAE/MAM	**Air émission** *Métaux* Barboteur			**Délai** : 24h00
16	ILDP206		250 ml PE Bouchon ROUGE MAE/POTA	**Air émission** HF/HCl/SO2			**Délai :** 24h00
17	ILDP101		125 ml PE Bouchon BLANC EAU/MAM	**Métaux, TH** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1 ml HNO3 à 65%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 1 mois (sauf pour As, B, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn : 6 mois)
19	ILDP103		125 ml PE Bouchon BLANC EAU/MAM	**Métaux dissous, TH** *Eaux douces et résiduaires*		Filtration in situ	**Délai : à acheminer au laboratoire dans les <u>24h00</u> suivant le prélèvement.** **Délai :** 1mois ***si stabilisé*** avec 1 ml HNO3 à 65% après filtration (où filtration in situ directement dans le poste 17) (Pour As, B, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn : 6 mois) Filtrer sur le terrain si possible, sinon dans les meilleurs délais en laboratoire (max 24h). Fourniture possible par le laboratoire du matériel de filtration sur demande.
20	ILDP104		125 ml PE Bouchon BLANC EAU/MAM	**Cr VI** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai :** 4 jours
21	ILDP113		60ml PE Bouchon vert EAU400	**Bromate** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 0.12ml EDTA à 2.5%	Ne pas rincer le flacon	**<u>Bromate</u>** **Délai :** 1 mois ***si stabilisés*** avec 50 mg d'EDTA/L

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
22	ILDP106		125 ml PE Bouchon ROUGE EAU/POTA	**NO3 en N** **Chlorures piscine** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Nitrates** **Délai : à acheminer au laboratoire dans les 24h00 suivant le prélèvement.** **Délai :** 1 mois ***si congelé < -18°C*** **Délai :** 7 jours ***si stabilisé*** à HCl (pH<2) dès que possible (24h max) en laboratoire. **Délai :** 4 jours si filtrées sur site pour les ***Eaux résiduaires et de surface*** **Chlorures** : **Délai** : 1 mois
23	ILDP207		250 ml PE Bouchon BLANC MAM/EAU	**Métaux, TH** *Eaux résiduaires*	Stabilisé : 2,5 ml HNO3 à 65%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 1 mois (sauf pour As, B, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn : 6 mois)
24	ILDP115		125 ml PE Bouchon ROUGE EAU/POTA	**Cyanures** ***(Totaux, libres, facilement libérables)*** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 1,25 ml de NaOH à 22%	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 7 jours
26A	ILDP109		125 ml PE Bouchon BLEU MPO	**Glyphosate, AMPA,** Fosethyl Aluminium, Acide monochloroacétique (MCAA) **PFAS** *Eaux douces (Eaux brutes) et eaux résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délai :** 3 jours
26B	ILDP111		125 ml PE Bouchon BLEU MPO	**Glyphosate, AMPA, Fosethyl Aluminium, Acide monochloroacétique (MCAA)** *Eaux traitées*	Eaux traitées : 2 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 3 jours
27	ILDP403		500 ml PE BOUCHON NOIR CHR	**BOUES LIQUIDES** *Eaux résiduaires*			Délais: 24 h
28	ILDP902		500 ml PE Bouchon NOIR EAU/CHR	**Congélation DBO** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir jusqu'à l'épaulement	**Délai : à acheminer au laboratoire dans les 24h00 suivant le prélèvement** **Congélation directe :** 1 mois

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
29	ILDP903		1000 ml PE Bouchon ROUGE EAU/POTA	**Anions (Cl, F, NO3, SO4), TAC, TA, pH, turbidité, conductivité, couleur, NH4, NO2, SiO2, PO4, Chlorite, Chlorate, Bromure, indice permanganate (KMnO4), sulfite** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délais:** - **Cl, SO4, F-, Bromure :** 1 mois - **Chlorite, Chlorate :** 48 h ou 7 jours, après ajustement à pH=10, avec de la soude **- NO3, NH4, PO4 :** 24h ou 1 mois **si congelé <-18°C** après filtration **- NO2, SiO2 :** 24h - **pH** : 6h à 24h, - **Turbidité, conductivité** : 1 jour, - **TAC, TA :** 14jours **- Couleur** : 5 jours **- Indice permanganate :** 1 mois si congelé <-18°C **- Sulfite :** 2 jours
30	ILDP904		2000 ml PE Bouchon BLANC RADIO	**Activité gamma** **Activité Sr^{90}** **Activité Y^{90}** *Eaux douces et résiduaire* *Eaux de mer*			**Délai** : 7 jours non acidifié ou 1 mois acidifié
31	ILDP404		500 ml PE Bouchon BLANC RADIO	**Activité alpha et béta global**			**Délai** : 7 jours non acidifié ou 1 mois acidifié
32A	ILDP 412		500 ml PE Bouchon NOIR CHR/EAU	**DBO5** *Eaux douces et résiduaires* **Pour DBO5/DCO filtré : utiliser le poste 32B.**		Rincer et remplir à ras	**Délai :** 24h (Congélation: voir poste 28)
32 B	ILDP 920		1000 ml PE Bouchon NOIR EAU/CHR	**MES (PO4)** Eaux douces et résiduaires **Attention : à utiliser en cas d'analyse DBO/DCO filtrée et DBO/DCO décantée et DCO hors Chlorures**		Rincer et remplir à ras	**Délai MES :** 48h00 *Pas de possibilité de prolonger le délai par congélation* **Délai PO4 :** 24h ou 1 mois **si congelé <-18°C** après filtration **A acheminer au laboratoire le jour du prélèvement pour DBO/DCO filtrée, décantée et DCO hors chlorures**
32 C	ILDP 413		500 ml PE Bouchon NOIR EAU/CHR	**DCO, Pt, NTK, (NH4)** Eaux douces et résiduaires	Stabilisé : 2,5 ml H2SO4 à 35% 	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** **DCO:** 6 mois **Pt et NTK:** 1 mois **NH4:** 14 jours **si congelé <-18°C** DCO, Pt, NTK : 6 mois et NH4 : 1 mois

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
32 D	ILDP114		60ml PE Bouchon NOIR EAU/CHR	**PO4,NH4,(NO3,NO2),SIO2** Eaux douces et résiduaires		Filtration in situ	**Délai: à acheminer au laboratoire dans les <u>24h00</u> suivant le prélèvement.** **Délai :** 24h 1 mois **si congelé <-18°C** après filtration pour **PO4, NH4, NO3** Filtrer sur le terrain si possible, sinon dans les meilleurs délais en laboratoire (max 24h). Fourniture possible par le laboratoire du matériel de filtration sur demande.
33	ILDP916		1000 ml Verre vert Bouchon NOIR EAU/MPO	**Chlorophylle a et phéopigments** **Hormones (Eaux douces)** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Conservation à l'abri de la lumière** **<u>Chlorophylle a et phéopigments NF T90-117</u>** - **filtration** : 12 h -**Filtre + Résidu** congelé< -18°C : 14 jours **Hormones**: 1 jour
34			4X20 ml Flacons à sertir avec bouchon joint blanc dans un sachet plastique refermable MAO	**COHV-BTEX** Composés organiques volatils (aromatiques, solvants, valéronitrile, ...) Eaux douces et résiduaires	3 gouttes d'un mélange d'acides dans 10 ml (maléique à 417 g/l et ascorbique à 52 g/l) et 6 gouttes dans les flacons remplis à ras bord. Le mélange d'acide peut être conservé quatre semaines à température ambiante.	A rincer avec l'eau à prélever puis remplir en évitant les turbulences et en faisant déborder à minima 3 fois le volume (en remplir 1 à ras, 2 à moitié, 1 vide). Refermer dans le sachet plastique identifier la poche au marqueur spécifique sans solvant ou au stylo	Dans la pochette de 4 flacons : - 1 flacon vide, - 2 flacons remplis au trait, - 1 flacon plein <u>Délai</u>: 1 jour
35	ILDP918		SEAU blanc 2,3 L PE Bouchon BLANC HYD	**IBGN** **IBG DCE**			**Conservation de transport après le prélèvement :** T° ambiante **Délai de mise en analyse après le prélèvement** : 1 an
36	ILDP919		1200 ml seau blanc Bouchon BLANC LAGOR/MDM/ TARBES	**Boue, sols, sédiments, solides divers**			**Délai de mise en analyse après le prélèvement:** 48h00, 24h00 si bactériologie.
39	ILDP407		500 ml PE Bouchon ROUGE POTA/EAU	**Anions (Cl, F, NO3, SO4), TAC, TA, pH, turbidité, conductivité, couleur, NH4, NO2, SiO2, PO4, Chlorite, Chlorate, Bromure, indice permanganate (KMnO4), sulfite** Eaux douces et résiduaires		Rincer et remplir à ras	**Délais : se reporter au poste 29**

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
41	ILDP915		1000 ml PE Bouchon BLANC EAU	**Métaux premier jet** *Eaux douces*	Stabilisé : 10 ml HNO3 à 69% 	Ne pas rincer le flacon	**Délai :** 1 mois (sauf pour As, B, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn : 6 mois)
42	ILDP213		250 ml PE Bouchon NOIR EAU400	**pH, conductivité, turbidité** *Eaux douces*		Rincer et remplir à ras	**Délai :** - pH : 6h à 24h - Turbidité, conductivité: 1 jour
43	D901068		500 ml Aluminium Bouchon Aluminium RADIO	**RADON 222** Par spectrométrie GAMMA		Rincer jusqu'à stabilisation de la température du flacon et éviter les turbulences pendant et après le prélèvement	**Remplir à débordement** Acheminer dès que possible au laboratoire après le prélèvement
45	ILDP410		500ml Verre BRUN Bouchon BLANC MAO	**Boue - Sols - Sédiments - Solides** **Paramètres organiques** **% MST**			Délais : 7 jours Remplissage : à ras bord
47	LDP216		250 ml Verre brun Bouchon jaune MPO	**Micropolluants organiques :** pesticides et métabolites, aminotriazole, acrylamide, médicaments, parabènes *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 20 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai** : 1 jour
78	ILDP116		125 ml PE Bouchon vert EAU400	**Bromure, Chlorite, Chlorate, Indice permanganate (KMnO4), Test UV** *Eaux douces et résiduaires*		Rincer et remplir à ras	**Délais:** - **Bromure :** 1 mois - **Chlorite, Chlorate :** 48 h ou 7 jours, après ajustement à pH=10, avec de la soude **- Indice Permanganate :** 1 mois **si congelé <-18°C** **- Test UV :** 7 jours

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
50	ILDP908		1000 ml PE-Stérile (Enveloppe protectrice) Bouchon VERT MIE	**Légionelles** *ECS Eaux sales* *ECS sur SPA* *ECS 1er jet* *Eaux industrielles* *Eaux thermales* *Eaux de tour aéroréfrigérante*	Stabilisé: 60 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon, Ne pas faire déborder. Désinfection les mains et zone de travail avant le remplissage du flacon. Laisser une bulle d'air	**Conservation de transport après le prélèvement :** T° ambiante **Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 24H Circonstances exceptionnelles : Accepté à 48H
51	ILDP405		500 ml PE-Stérile - Enveloppe protectrice Bouchon BLEU MIE	**Bactériologies** *Eaux de piscines*	Stabilisé : 60 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon, Ne pas faire déborder. Piscines : Désinfecter les mains, enlever plastique de protection, ouvrir, remplir et refermer sous l'eau.	**Délai de mise en analyse Piscines après le prélèvement** : le jour même
52	ILDP406		500 ml PE-Stérile Bouchon BLEU MIE	**Bactériologies** *Eau traitée* *Eau de consommation humaine* *Eaux en Etablissement de Santé* *Eaux brutes* *Eaux superficielles* *Eaux souterraines*	Stabilisé: 10 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon Désinfecter les mains et zone de travail avant remplissage du flacon. Laisser une bulle d'air	**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** Recommandé : 8H avec le dénombrement de la flore Accepté : 12H avec le dénombrement de la flore Recommandé : 12H sans le dénombrement de la flore Accepté : 18H sans le dénombrement de la flore
53	ILDP910		5 X 1000 ml PE-Stérile Bouchon BLEU MIE	**Salmonelle** *Eaux industrielles* *Eaux de surfaces*	Stabilisé : 20 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon, ne pas faire déborder. Désinfecter les mains et zone de travail avant le remplissage du flacon. Laisser une bulle d'air	**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** Recommandé : 12H Accepté : 18H
55	ILDP211		250ml PE-Stérile Bouchon ROUGE MIE	**Bactériologies baignades** Eaux de mer		Désinfecter les mains, ouvrir, remplir et refermer sous l'eau	**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** Recommandé : 12H Accepté : 18H *< 6 heures selon l'arrêté du 19 octobre 2017*

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
56	ILDP107		180 ml PE-Stérile Bouchon ROUGE MIA	**Bactériologie alimentaire**			**Conservation pendant le transport :** 5°C ± 3°C produits frais / 2-15°C produits stables **Particularités** : Viande ; abats volaille et produit de la pêche 3+/-2°C **Délai de mise en analyse** : 24H produits frais - DLC produit stable
59			500 ml PE-Stérile MDM/MIA	**Bactériologie alimentaire**			**Conservation pendant le transport :** 5°C ± 3°C produits frais / 2-15°C produits stables **Particularités** : Viande ; abats volaille et produit de la pêche 3+/-2°C **Délai de mise en analyse** : 24H produits frais - DLC produit stable
57	ILDP912		1000 ml PE-Stérile Bouchon ROUGE BEN	**Daphnies**			**Délai de mise en analyse après le prélèvement** : Recommandé 12h à 48h sur échantillon conservé à 5°C ± 3°C ; possibilité travail sur échantillon congelé jusqu'à 2 mois après prélèvement.
58	ILDP913		1000 ml PE-Stérile Bouchon ROUGE MIE	**Bactériologies** *Eaux thermales* *Eaux destinées à la consommation humaine*	Stabilisé : 20 mg de thiosulfate de sodium	Désinfecter les mains et zone de travail avant remplissage du flacon	**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** Recommandé : 8H avec le dénombrement de la flore Accepté :12H avec le dénombrement de la flore Recommandé : 12H sans le dénombrement de la flore Accepté : 18H sans le dénombrement de la flore
60	ILDP409		500 ml PE-Stérile (Enveloppe protectrice) Bouchon VERT MIE	**Légionelles** *Eaux chaudes sanitaires Brumisateurs* *Eaux chaudes sanitaires eaux propres*	Stabilisé : 30 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon , ne pas faire déborder. Désinfecter les mains et zone de travail avant remplissage du flaco,. Laisser une bulle d'air.	**Conservation de transport après le prélèvement :** T° ambiante **Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 24H Circonstances exceptionnelles : Accepté 48H

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
61	LDP917		1000 ml Verre brun Bouchon noir SERO40	**Cyanotoxines (Microcystines)**			**Délai de mise en analyse après le prélèvement** : 24H
62			500 ml PE Bouchon BLANC MIE400	**Cyanobactéries**		Ajouter 32 gouttes de Lugol pour 400ml d'eau	
65	ILDP414		500 ml PE-Stérile (Enveloppe protectrice) Bouchon BLANC MIE	**Bactériologies** *Solution de contrôle endoscope* *Hémodialyse*	Stabilisé : 30 mg de thiosulfate de sodium		**Délai de mise en analyse Endoscope après le prélèvement :** 24H **Délai de mise en analyse hémodialyse après le prélèvement :** 12H
67	ILDP218		250 ml Verre brun Bouchon bleu MAO	**Chlorophénols** *Eaux douces et résiduaires*	Stabilisé : 20 mg de thiosulfate de sodium	Ne pas rincer le flacon	**Délai**: 1 jour
68			3X20 ml Flacons à sertir avec bouchon joint dans un sachet plastique refermable MAO	**Epichlorhydrine et IHV** *Eaux douces*			Dans la pochette de 3 flacons : - 2 flacons remplis au trait, - 1 flacon plein **Délai**: 1 jour
69			2X20 ml Flacons à sertir avec bouchon joint dans un sachet plastique refermable MAO	**THM piscines** Trihalométhanes *Eaux de piscine*	2 flacons remplis à ras bord avec 6 gouttes d'un mélange d'acides (maléique à 417 g/l et ascorbique à 52 g/l). Le mélange d'acide peut être conservé quatre semaines à température ambiante.	A rincer avec l'eau à prélever puis remplir en évitant les turbulences et en faisant déborder à minima 3 fois le volume Refermer dans le sachet plastique identifier la poche au marqueur spécifique sans solvant ou au stylo	Dans la pochette 2 flacons pleins **Délai**: 1 jour
71	A04089W		Lingettes Gants Stérile MIA	**Contrôles d'hygiène en agroalimentaire** Evaluation de la charge microbienne des surfaces et/ou recherche de			**Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 24H
72	AO4318C		Eponges Gants Stérile MIA	**Prélèvement carcasse en agroalimentaire** **Agroalimentaire** Salmonelle			**Conservation après le prélèvement :** +2°C +/-2°C ou 1H à température ambiante **Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 48H
73			Ecouvillon Stérile	**Contrôles d'hygiène de surface** Evaluation de la charge microbienne des surfaces et/ou recherche de germes spécifiques			Délai de mise en analyse après le prélèvement : 24H entre 1 et 8°C ou 48H à 3+/-2°C selon NF EN ISO 18593

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

N° de poste	Référence	Visuel	Descriptif-Service	Analyses et usages	Stabilisants	Conditions de prélèvement	Conditions de transport spécifiques et Délais de mise en analyse
			Radiello 145 MAO	**Benzène** *Air intérieur*		Lors du transport avant le prélèvement, les radiellos placés dans leurs tubes de protection sont conservés dans un conteneur adapté. Les enveloppes diffusives sont conservées à température ambiante dans un sac adapté, hermétiquement fermé. Elles sont transportées avec les mêmes précautions que les radiellos afin d'éviter toute contamination.	**Conservation après le prélèvement :** Les radiellos, placés dans leurs tubes de protection sont conservés au réfrigérateur. Si les échantillons doivent être transportés vers un laboratoire pour analyse, il est souhaitable de limiter le transport à une période maximum de 2 jours de non-réfrigération. **Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 90 jours si les radiellos sont conservés dans leurs tubes de protection au réfrigérateur
			Radiello 165 MAO	**Formaldéhyde** *Air intérieur*		Lors du transport avant le prélèvement, les radiellos placés dans leurs tubes de protection sont conservés au réfrigérateur dans un conteneur opaque et hermétiquement fermé. Les enveloppes diffusives sont conservées à température ambiante dans un sac adapté, hermétiquement fermé. Elles sont transportées avec les mêmes précautions que les radiellos afin d'éviter toute contamination.	**Conservation après le prélèvement :** Les radiellos, placés dans leurs tubes de protection sont conservés au réfrigérateur dans un conteneur opaque et hérmétiquement fermé. Si les échantillons doivent être transportés vers un laboratoire pour analyse, il est souhaitable de limiter le transport à une période maximum de 2 jours de non-réfrigération. **Délai de mise en analyse après le prélèvement :** 2 semaines si les radiellos sont conservés dans leurs tubes de protection au réfrigérateur et à l'abri de la lumière
65B			Bidons 20 L PE - stérile MIE	**Crypto/Giardia** *ECH et eau souterraine : 100 L min (5*20L)* *Eau de surface et eau résiduaire épurée : 10 L min*			**Conservation après le prélèvement :** Température ambiante si moins de 6H ou à +5°C +/-3°C pendant 24H **Délai de mise en analyse après prélèvement** : 96H maximum

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »

Diffusion du document	
Directions	
Unités	PREL N - PREL S - MAE - MTE
06/02/2024	COOC - APPRO
Autre	ASQ 400

Modifications apportées à cette version
Voir traits Ajout des PFAS sur le poste 26A

Prise en compte du document					
NOM	**DATE**	**VISA**	**NOM**	**DATE**	**VISA**

Vérifié par :	**Approuvé par :**
Aline CANDAU **Fonction : Gestionnaire de stock** **Visa :**	**Delphine BELLOCQ** **Fonction : Responsable Unité Coordination** **Visa :**

« Ce document est la propriété du LPL et ne peut être reproduit ou communiqué en dehors de son périmètre sans son autorisation »